

Lublin, dnia 23.04.2025 r.

znak sprawy: A-2401-32/2025

**WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA
ORAZ WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

na dostawę zestawu wyparkowego

zamówienie finansowane z projektu OPUS nr 26 2023/51/B/NZ9/02479

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na dostawę *systemu wyparkowego, zamówienie finansowane z projektu OPUS nr 26 2023/51/B/NZ9/02479.*

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w związku z wpływieniem pytania dot. Załącznika nr 1 do Zaproszenia, udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

dotyczy: zał. nr 1 do Zaproszenia tj. kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wymaga elektronicznego, automatycznego kontrolera próżni z wyświetlaczem LCD czy kontroler może być manualny?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wymaga elektronicznego i/lub automatycznego kontrolera próżni zintegrowanego lub samodzielnego urządzenia z wyświetlaczem, umożliwiającego ustawienie i utrzymanie dokładnej wartości ciśnienia w trakcie procesu bez aktywnej interwencji użytkownika.

II. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału XVII pkt 3 Zaproszenia, dokonuje zmiany treści Zaproszenia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 1, pkt 1.2 tj. Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

Było:

Kontroler próżni zintegrowany z wyparką lub jako samodzielne urządzenie z wyświetlaczem (mocowane do wyparki lub wolnostojące).

Jest:

Elektroniczny i/lub automatyczny kontroler próżni zintegrowany lub samodzielne urządzenie z

wyświetlaczem umożliwiającą ustawienie i utrzymanie dokładnej wartości ciśnienia w trakcie procesu bez aktywnej interwencji użytkownika.

Zmiana nr 2:

Termin otwarcia ofert:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi 24.04.2025 r. o godz. 12.30.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2025 r. o godzinie 12:30.

W pozostałym zakresie treść Zaproszenia do składania ofert pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia (wersja jednolita po zmianie z dnia 23.04.2025 r.)

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA ds. NAUKOWYCH


oprac. dr hab. Artur Zdunek
czł. koresp. PAN