INSTYTUT AGROFIZYKI PAN

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

A-2401-66/2026

Lublin, dnia 02.11.2026 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa szafy termostatycznej w wersji fitotronowej na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie**

Źródło finansowania:
Projekt pt. „Metabolizm jednokomórkowych glonów w obecności bakteryjnych egzopolimerów i ich potencjał biodegradacyjny/bioakumulacyjny nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska" nr 2023/51/B/NZ9/02479, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-26

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, informuje, że w toku prowadzenia postępowania (po unieważnieniu) powziął wątpliwość co do prawidłowości dokonanej oceny ofert Wykonawców, których oferty zostały odrzucone. W związku z powyższym **unieważnia czynność odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania dokonanych pismem z dnia 23.10.2026 r.** oraz informuje, że przeprowadzi ponownie czynności badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie:

W dniu 23.10.2026 r. Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w postępowaniu oraz unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp stanowiącego, że *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.*
Zamawiający w parametrach minimalnych określonych w pkt 1.11 Kosztorysu ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wymagał wymiarów wewnętrznych komory nie mniejszych niż: **60cm głębokości** na 110 cm szerokości całkowitej komory oraz min. 120 cm wysokości. W ofertach obydwu Wykonawców parametr dotyczący głębokości komory został określony na 380 mm/38 cm, co stanowiło powód odrzucenia ofert jako niespełniających wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego i w konsekwencji unieważnienie postępowania.
Wykonawca **Alchem Grupa Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Forteczna 13/8, o/Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-105 Rzeszów** po zapoznaniu się z treścią odrzucenia jego oferty w dniu 27.10.2026 r. przesłał za pośrednictwem Platformy Zakupowej pismo, w którym zwrócił się z prośbą o ponowną weryfikację i ocenę oferty wskazując na popełnienie „oczywistej omyłki pisarskiej" w ofercie oraz załączył kartę katalogową oferowanego przedmiotu zamówienia. Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami Zamawiający powziął wątpliwość co do prawidłowości dokonanej oceny ofert obydwu Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z tego samego powodu (obaj Wykonawcy zaproponowali ten sam model szafy termostatycznej w wersji fitotronowej - **ST 1200 P Smart Pro** producenta POL-EKO), co skutkuje koniecznością przeprowadzia ponownie czynności badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z jednolitą i utrwaloną linią orzeczniczą, przyjmuje się, że do czasu zawarcia umowy, Zamawiający może w ramach prowadzonego postępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności, czy też powtarzać czynności. Zamawiający jest uprawniony do korygowania wadliwych czynności w postępowaniu, niezależnie od

Instytut Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

tel.: 81 744 50 61
e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl

www.ipan.lublin.pl

przyczyn leżących u podstaw takiego działania. (wyrok z dnia 24 lipca 2019 r., KIO 1312/19). Zamawiający jest zatem obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność (unieważnić wybór oferty, wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, a także unieważnić czynność unieważnienia postępowania), jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (wyrok z dnia 21 listopada 2013 r., KIO 2591/13; KIO 2593/13).

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Kierownik Zamawiającego,

DYREKTOR
prof. dr hab. Cezary Sławiński
czł. koresp. PAN