

Lublin, dnia 27.02.2025 r.

znak sprawy: A-2401-13/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zaprośzenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, dotyczącego **Dostawy kolorymetru do analizy barwy żywności, Zamówienie finansowane z projektu OPUS 2023/51/B/NZ9/02121**

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w związku z wpływaniem pytań dotyczących Zaprośzenia do składania ofert, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści Oferenta nie będącego autoryzowanym serwisem? Jesteśmy firmą, która posiada wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu sprzętów. Jesteśmy w stanie wykonać serwis według standardów autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, dopuszczamy oferenta nie będącego autoryzowanym serwisem, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające doświadczenie w serwisowaniu sprzętów podobnych do przedmiotu zamówienia potwierdzając wykonanie co najmniej 2 usług serwisu w ciągu 5 lat. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa będą np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, itp.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do postępowania na dostawę kolorymetru do analizy barwy żywności, wskazali Państwo wymaganą wielkość apertury 8 mm. Czy dopuszczają Państwo opcję apertury o wielkości 12 mm lub 5 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, dopuszczamy inne wielkości apertury jeżeli oferent wykaże, że oferowany sprzęt będzie umożliwiał pomiar barwy owoców oraz półprzepuszczalnych folii.

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN