



A-2401-65/14

Lublin dn. 21 października 2014 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sit laboratoryjnych oraz worków i pojemników do przechowywania gleby dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu międzynarodowego pt. „Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzenia do gleb egzogennej materii organicznej” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013, A-2401-65/14.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

#### Część 1: Dostawa sit laboratoryjnych

##### **Pytanie 1:**

„Proszę o informację, czy sita umieszczone w SIWZ cz. 1 mogą posiadać wysokość wewnętrzną:

- przy sicie  $\phi = 100 \text{ mm} - 40 \text{ mm}$

- przy sicie  $\phi = 200 - 50 \text{ mm}$ ,

Zamiast wymaganych w SIWZ.”

##### **Odpowiedź 1:**

Przedstawiony sposób pomiaru wysokości sit nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie jego wysokości całkowitej. Zamawiający dopuszcza jedynie sita spełniające parametry określone w SIWZ tj. o wysokości całkowitej 53 mm i 65 mm odpowiednio dla sit o średnicy 100 mm i 200 mm.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 81/ 744-50-67.

Kierownik Zamawiającego:

DYREKTOR

  
prof. dr hab. Józef Horabik