

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248986-2014:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)  
2014/S 139-248986**

**Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul.  
Doświadczalna 4, Osoba do kontaktów: Ewa Buchajczuk, Lublin 20-290, POLSKA.  
Tel.: +48 817445061. Faks: +48 817445067. E-mail: e.buchajczuk@ipan.lublin.pl**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.6.2014, 2014/S 118-209298)**

Przedmiot zamówienia:

CPV:38000000, 42120000, 42980000, 42943000, 48460000

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Pompy i sprężarki

Generatory gazu

Łącznie termostatyczne i akcesoria

Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

**Zamiast:**

Informacje o częściach zamówienia: część II: Zestaw generatorów gazu - 1 szt.3) Wielkość lub zakres:

1.10 Zakres temperatur pracy minimum od +15°C do +40°C

1.13 Wymiary maksymalne: 34 cm x 43 cm x 50 cm

Informacje o częściach zamówienia: Część V – System do rozlewania płytek – 1 szt.3) Wielkość lub zakres:

1.15.1 - Dla 2µl max błąd 5%

Informacje o częściach zamówienia: Część VIII – Komora laminarna z wyposażeniem - 1 szt.3) Wielkość lub zakres:

1.27 Dane techniczne komory:

1.27.1 - wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] (±5) 1350 x 1500 x 810

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.7.2014 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.7.2014 (12:15)

**Powinno być:**

Informacje o częściach zamówienia: część II: Zestaw generatorów gazu - 1 szt.3) Wielkość lub zakres:

1.10 Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatur pracy od +10°C (+/- 5°C) do +40°C (+/- 5°C).

1.13 Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach maksymalnych: 34 cm x 43 cm x 50 cm (+/- 20 mm - dotyczy wszystkich wymiarów).

Informacje o częściach zamówienia: Część V – System do rozlewania płytek – 1 szt.3) Wielkość lub zakres:

1.15.1 - Dla 2µl max błąd 5,5 %

Informacje o częściach zamówienia: Część VIII – Komora laminarna z wyposażeniem - 1 szt.3) Wielkość lub zakres:

1.27 Dane techniczne komory:

1.27.1 - wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] 1350 (+/- 10 mm) x 1500 (+/- 100 mm) x 810 (+/- 10 mm)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.8.2014 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.8.2014 (12:15)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w wersji edytowalnej ujednolicone po modyfikacji, załączniki do SIWZ:

załącznik nr 2 B - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - ujednolicony 18.7.2014 r.

załącznik nr 3 B - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części II - ujednolicony 18.7.2014 r.

załącznik nr 2 E - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - ujednolicony 18.7.2014 r.

załącznik nr 3 E - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części V - ujednolicony 18.7.2014 r.

załącznik nr 2 H - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - ujednolicony 18.7.2014 r.

załącznik nr 3 H - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części VIII - ujednolicony 18.7.2014 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje o skorygowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 3C - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części III, polegającej na wskazaniu: Było: Termocykler gradientowy - (2 szt.); JEST: Termocykler gradientowy - (1 szt.); w związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej także skorygowany załącznik nr 3 C.