



A-2401-2/2024

Lublin, 19 stycznia 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa bezolejowej laboratoryjnej pompy próżniowej oraz komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytanie do ww. postępowania:

Pytanie nr 1. Dotyczy cz. 1

czy Zamawiający dopuści pompę z przepływem na 18 L/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy z przepływem na 18L/min.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprawił zapisy w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w taki sposób, że wyszczególnił 2 części zamówienia, tj.:

Część 1. Dostawa bezolejowej laboratoryjnej pompy próżniowej według opisu

Cena netto- słownie:

Cena brutto -- słownie:.....

.....

w tym kwota podatku VAT

(słownie.....)

Część 2. Dostawa komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia według opisu

Cena netto- słownie:

Cena brutto -- słownie:.....

.....

w tym kwota podatku VAT

(słownie.....)

Z-ca DYREKTORA ds. NAUKOWYCH

prof. dr hab. Artur Zdunek
czł. koresp. PAN