



Lublin, dnia 17.09.2025 r.

znak sprawy: A-2401-70/2025

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa systemu do sekwencjonowania kwasów nukleinowych w technologii długiego odczytu; umożliwiającego analizę struktury i funkcji holobiontu roślinnego - akronim [SEKWENATOR] na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

§ 3 ust. 6 i 7 – termin naprawy oraz obowiązkowa wymiana urządzenia

Rozumiemy potrzebę zapewnienia jak największej dostępności sprzętu, jednak w przypadku złożonych i unikalnych systemów, takich jak platforma sekwencjonująca, termin 14 dni na naprawę jest zbyt krótki. Często konieczne jest sprowadzenie specjalistycznych części zamiennych lub interwencja serwisantów producenta. Prosimy zatem o rozważenie wydłużenia tego terminu do 45 dni, co lepiej odpowiadałoby realnym możliwościom serwisowym.

Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że zapis o obowiązkowej wymianie urządzenia na nowe w przypadku przekroczenia terminu naprawy jest naszym zdaniem:

nierealny do wykonania – wymiana całego urządzenia w tak krótkim czasie nie jest technicznie ani logistycznie możliwa,

niejednoznaczny interpretacyjnie – podobnie jak w § 3 ust. 9 nie jest dokładnie określone, co rozumie się pod pojęciem „urządzenie” (cała platforma jako system czy poszczególne komponenty),

zduplowany w zakresie sankcji – umowa już przewiduje w § 7 ust. 2 karę umowną za niedotrzymanie terminu naprawy. Obowiązek wymiany stanowi więc drugą, równoległą sankcję za ten sam przypadek.

Z powyższych względów pozwalamy sobie zaproponować usunięcie z projektu umowy zapisu o obowiązkowej wymianie urządzenia, pozostawiając sankcje wyłącznie w reżimie kar umownych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę w zakresie przedstawionym poniżej (dotyczy wydłużenia terminu naprawy). W związku z powyższym Zamawiający zmienia § 3 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik



nr 9 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym) w następujący sposób: Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie **45 dni** od dnia ich zgłoszenia.

W zakresie propozycji usunięcia zapisu §3 ust. 7 wzoru Umowy, dotyczącego obowiązkowej wymiany urządzenia, Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zmienia § 3 ust. 7 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym) w następujący sposób: Jeżeli zwłoka w naprawie Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 przekroczy 30 dni Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do wymiany Przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.

Pytanie nr 2:

§ 3 ust. 9 – trzykrotna naprawa urządzenia

Prosimy o doprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem „urządzenie”. Platforma sekwencjonująca składa się z wielu części (np. stacji przygotowawczych, serwerów, modułów), i nie jest jasne, czy przepis odnosi się do każdej z nich oddzielnie, czy do całego systemu jako całości.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający pod pojęciem „urządzenie” rozumie poszczególne komponenty wchodzące w skład systemu do sekwencjonowania.

Pytanie nr 3:

§ 2 ust. 3 – cła i VAT

Rozumiemy, że celem jest, aby wykonawca ponosił wszystkie koszty związane z dostawą. Jednak dokumentacja przewiduje również, że jeśli po stronie Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (np. odwrotne obciążenie), fakt ten należy wskazać w ofercie.

Jako firma z siedzibą w UE, lecz poza terytorium Polski, prosimy o potwierdzenie, że § 2 ust. 3 nie obejmuje obowiązków podatkowych, które zgodnie z polskimi przepisami ciążą bezpośrednio na Zamawiającym, oraz że wykonawca nie będzie zobowiązany do ich realizacji. Prosimy także o informację, w jaki sposób Zamawiający planuje postępować w przypadku odwrotnego obciążenia w świetle warunków określonych w umowie.


Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku Wykonawcy z siedzibą w UE, ale poza terytorium Polski, który w Formularzu ofertowym oświadczy, że wybór jego oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wówczas § 2 ust. 3 nie obejmuje obowiązków podatkowych, które zgodnie z polskimi przepisami ciążą w tej sytuacji bezpośrednio na Zamawiającym, oraz że wykonawca nie będzie zobowiązany do ich realizacji. Wzór umowy w zakresie obowiązku podatkowego będzie dostosowany do Wykonawcy, który zostanie wybrany w drodze postępowania przetargowego. Wówczas, w przypadku odwrotnego obciążenia w umowie będzie wskazanie, że jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa, w związku z powyższym w wynagrodzeniu będzie określona stawka VAT 0%.

Pytanie nr 4:

§ 2 – termin dostawy i instalacji

Instalacja platformy sekwencjonującej jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym, wymagającym koordynacji wielu zespołów i odpowiedniego przygotowania laboratorium. Dokumentacja przewiduje, że wykonawca musi zrealizować zamówienie w ciągu 60 dni od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2025 r.



Chcielibyśmy zatem zapytać, kiedy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy oraz ile tygodni faktycznie pozostanie na instalację i spełnienie wszystkich wymogów w laboratorium po dniu 1 grudnia.

Uważamy, że 60 dni to odpowiedni termin na całość realizacji, jednak konieczne jest jednoznaczne określenie, ile z tych dni faktycznie przypadnie na pracę w laboratorium. Jeśli np. umowa zostałaby podpisana na początku listopada, to realnie na instalację pozostałoby jedynie ok. 30 dni w grudniu, obejmujących dodatkowo okres świąteczny. Może to znacząco utrudnić dotrzymanie terminów. Byłoby dla nas bardzo pomocne, gdyby Zamawiający doprecyzował, jak zamierza liczyć czas przeznaczony na instalację po dniu 1 grudnia.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że kierując się zasadą szybkości postępowania zakłada procedowanie bez zbędnej zwłoki. W związku z powyższym, terminy będą optymalnie jak najszybsze, przy zachowaniu wskazanych w ustawie Pzp. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie doprecyzować, kiedy zostanie podpisana umowa, chociażby ze względu na takie zmienne jak: potencjalna, kolejna modyfikacja OPZ, a co za tym idzie zmiana terminu składania ofert, ilość Wykonawców, ewentualne wyjaśnienia lub/i uzupełnienia oferty, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z praktyki należy przyjąć, że przewidywany termin podpisania umowy powinien nastąpić w przedziale 20 października 2025 roku – 10 listopada 2025 roku. Jednakże Zamawiający podkreśla, że jest to data wyłącznie szacowana, orientacyjna.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin dostawy Przedmiotu umowy do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału VI SWZ oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym) w zakresie terminu dostawy.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia **29.09.2025 roku do godziny 12:00.**
3. Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (<https://ipanlublin.czamawiajacy.pl>) nastąpi w dniu **29.09.2025 roku o godzinie 12:30.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

1. **Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.12.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**



Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulegają § 3 ust. 6 i ust. 7 Załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego wzór umowy, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

6. „Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie **45 dni** od dnia ich zgłoszenia”.

7. Jeżeli zwłoka w naprawie Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 **przekroczy 30 dni** Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do wymiany Przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega Rozdział VI SWZ pt. „Termin wykonania zamówienia”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

Zamawiający wymaga aby termin wykonania przedmiotu zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie **90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** z zastrzeżeniem, że sprzedaż, dostawa, zamontowanie oraz uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym znajdującym się w siedzibie Zamawiającego nie nastąpi przed dniem 1 grudnia 2025 roku.

Zmiana nr 5:

Zmianie ulega § 2 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane, zamontuje, uruchomi Przedmiot umowy w terminie do **90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy** oraz przeprowadzi szkolenia zgodnie z ofertą z zastrzeżeniem, że sprzedaż, dostawa, zamontowanie oraz uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym znajdującym się w siedzibie Zamawiającego nie nastąpi przed dniem 1 grudnia 2025 roku.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego

DYREKTOR
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Sławiński,
czł. koresp. PAN

Załącznik:

1. Wzór umowy – Załącznik nr 9 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 17.09.2025 r.