Lublin, dnia 18.03.2025 r.

znak sprawy: A-2401-17/2025

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, dotyczącego **dostawy akcesoriów laboratoryjnych i odczynników**, *Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 8 „Widmo przenikalności elektrycznej biomasy rzepaku (Brassica napus L.) w odpowiedzi na zagęszczenie", Nr 2024/08/XST8/01714*

I. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w związku z wpłynięciem pytania dotyczącego Zaproszenia do składania ofert, udostępnia treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:
Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące specyfikacji przedmiotu zamówienia - Część 3. Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważnej:

1. (Dot. punktu 1.2) Czy Zamawiający uzna za równoważną wagosuszarkę, w której powtarzalność wynosi 0,15 % (próbka 2 g), 0,05 % (próbka 5 g), 0,02 % (próbka 10 g), zamiast wymaganej powtarzalności 0,15 % (próbka 3 g), 0,02 % (próbka 10 g)? Jest to rozwiązanie co najmniej równoważne do wymaganego.
2. (Dot. punktu 1.4) Czy Zamawiający uzna za równoważną wagosuszarkę, w której zakres temperatury wynosi od 50 do 200°C (skoki o 1°C)? Każdy producent ma swoje rozwiązania i możliwość pracy w wyższej temperaturze jest bardzo komfortowa.

Zgoda Państwa pozwoli nam na zaoferowanie wysokiej klasy wagosuszarki z przykładowymi parametrami:
– Dokładność odczytu: 0,01 % / 0,001 g
– Minimalna masa początkowa: 0,02 g (wymagane 0,5 g)
– Kryteria wyłączenia: automatyczne, czasowe, ręczne
– Wyświetlacz: LCD
– Wyjście: RS232, port USB
– Wymiary szalki Ø 95 mm (wymagane Ø 80 mm)
– Waga 4,2 kg

Zgoda Państwa zwiększy konkurencję, co również będzie miało pozytywny wpływ na cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający odsyła do ujednoliconego Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w zakresie w zakresie części 3 „Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważne" (wersja jednolita w załączeniu).
Jednocześnie Zamawiający informuje, w ślad za zapisami Kosztorysu ofertowego/Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „parametry wymagane- minimalne", że uzna wagosuszarkę spełniającą parametry wyższe niż wymagane Załącznikiem nr 1.

II. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału XVII pkt 3 Zaproszenia, dokonuje zmiany treści Zaproszenia w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią Zaproszenia zaznaczono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:
Zmianie ulega ustęp 1 Rozdziału XIV Zaproszenia „Składanie i tryb otwarcia ofert", który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą:

1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl
   - w terminie do dnia 21.03.2025 roku do godziny 12:00, w sposób wskazany w rozdziale XI Zaproszenia do składania ofert.
   O terminie złożenia oferty za pośrednictwem Systemu decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie Platformy.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.03.2025 roku o godzinie 12:30.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:
Zmianie ulega ustęp 1 Rozdziału XV Zaproszenia „Termin związania ofertą", który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 19.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:
Zmianie ulega *Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w zakresie części 3 „Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważne"* Zaproszenia w poz. 1.2 i 1.4, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść następującą:

1.2	Powtarzalność 0,15 % (próbka w przedziale wagowym do 3 g) 0,02 % (próbka 10 g)	warunek konieczny	

1.4	Zakres temperatury	Nie mniejszy niż: od 50 do 180°C (skoki o 1°C)	warunek konieczny	

W pozostałym zakresie treść Zaproszenia do składania ofert pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH
dr inż. Grzegorz Paul

Załączniki:

1. *Załącznik nr 1 w zakresie części 3 „Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważne" (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym)*

INSTYTUT AGROFIZYKI PAN

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

znak sprawy: A-2401-17/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 3
Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważnej

Lp.	Zamawiany przedmiot	Nr kat.	Opis oferowanego towaru			Ilość	jm	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT %	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
			Nazwa producenta zaproponowanego towaru	Nr katalogowy zaproponowanego towaru	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)							
1.	Wagosuszarka	30971922				1	szt.					
								Łącznie wartość brutto:				

Lp.	PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca)
1.	Wagosuszarka		
1.1	Dokładność odczytu 0,01 % / 0,001 g	warunek konieczny	
1.2	Powtarzalność 0,15 % (próbka w przedziale wagowym do 3 g) 0,02 % (próbka 10 g)	warunek konieczny	

INSTYTUT AGROFIZYKI PAN

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

1.3	Minimalna masa początkowa 0,5 g	warunek konieczny	
1.4	Zakres temperatury Nie mniejszy niż: od 50 do 180°C (skoki o 1°C)	warunek konieczny	
1.5	Kryteria wyłączenia: automatyczne, czasowe, ręczne	warunek konieczny	
1.6	Wyświetlacz LCD	warunek konieczny	
1.7	Wyjście RS232, port USB	warunek konieczny	
1.8	Zakres temperatur roboczych w zakresie 10 – 40°C	warunek konieczny	
1.9	Min. wielkość szalki Ø 80 mm	warunek konieczny	
2.	**Gwarancja co najmniej 24 miesiące**	**Kryterium punktowane**	**WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM**
3.	**Oferowana wagosuszarka jest fabrycznie nowa**	warunek konieczny	
4.	**Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim**	warunek konieczny	

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

.....

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy