

Lublin, dnia 30.10.2025 r.

znak sprawy: A-2401-87/2025

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpływieniem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. cz. 4

Zwracam się z pytaniem w sprawie uszczelki silikonowej do analizatora Perkin Elmer 2400 (część 4 poz. 4). Czego dotyczy podany wymiar 25mm? Zgodnie z informacjami ze strony producenta uszczelki nr 09902188 mają średnicę wewnętrzną 21,82mm, a średnicę zewnętrzną 28,88mm. Czy chodzi Państwu o uszczelki o tych wymiarach?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że uszczelka silikonowa do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400 posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu USL lub równoważnych o nr 09902188 występuje w niektórych dokumentach producenta aparatury, np. w katalogu <https://share.google/son8pKkVGpZTDwGr3> - strona 55, pod nazwą "O-Ring, 25 mm Silicone". Stąd też pojawił się wymiar 25 mm. Zamawiający potwierdza, że wymiary średnicy zewnętrznej i wewnętrznej, wymienione przez Wykonawcę są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN