

A-2401-34/2022

Lublin, 12.07.2022 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy: Dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z zestawem akcesoriów**

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytania do ww. postępowania:


**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści mikroskop posiadający następujące okulary:

1. 2 szt. okularów WF 10x/22 mm o średnicy obsady 30 mm,
2. 2 szt. okularów WF 20x/12 mm o średnicy obsady 30mm,
3. 1 szt. okularu mikrometrycznego (z krzyżem i podziałką) WF 10x/22 mm o średnicy obsady 30 mm.

**Odpowiedź:**

- Ad. 1. Zamawiający zgadza się na zaoferowanie 2 szt. okularów WF 10x/22 mm o średnicy obsady 30 mm.
- Ad. 2. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie 2 szt. okularów WF 20x/12 mm o średnicy obsady 30mm.
- Ad. 3. Zamawiający zgadza się na zaoferowanie 1 szt. okularu mikrometrycznego (z krzyżem i podziałką) WF 10x/22 mm o średnicy obsady 30 mm.

D Y R E K T O R  
  
prof. dr hab. Cezary Sławiński,  
czł. koresp. PAN