



A-2401-63/2023

Lublin, 27 listopada 2023 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników chemicznych oraz urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytania Wykonawcy:

Dotyczy części nr 9

Pytanie 1

W punkcie 6.1 Zamawiający użył sformułowania: urządzenie przenośne z możliwością podłączenia do komputera. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować model urządzenia, którym byłby zainteresowany? Dostawca posiada dwa mobilne urządzenia spełniające wyżej wskazane wymaganie jak i wpasowujące się w pozostałe parametry specyfikacji będące elementem składowym zestawów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o urządzenie MinION MK 18 bez wyświetlacza.

Pytanie 2

W punkcie 7.1 Zamawiający użył sformułowania zestaw startowy. Dostawca w przypadku zestawów startowych, w skład którego wchodzi urządzenie wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikami chemicznymi, dostarcza urządzenie w formie wypożyczenia na rok objęty 12 miesięczną gwarancją. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego zestawu wraz z urządzeniem w formie wypożyczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu startowego wraz z urządzeniem w formie wypożyczenia.

Pytanie 3

W punkcie 7.1 pojawia się informacja, iż Zamawiający wymaga 12 miesięcy gwarancji na odczynniki i materiały zużywalne. Dostawca w specyfikacji produktów dedykowanych do sekwencjonowania nanoporowego wskazuje, iż termin gwarancji na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne przechowywane w temp-20C nie przekracza 3 miesięcy. Proszę o korektę wskazanego opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na skorygowanie zapisu w punkcie 7.1 na: Zamawiający wymaga 3 miesięcy gwarancji na odczynniki chemiczne przechowywane w temp. -20°C oraz na materiały zużywalne.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 4 grudnia 2023 r.

DYREKTOR
Stollmüller
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN