



A-2401-2/2024

Lublin, 19 stycznia 2024 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

***Dotyczy: Dostawa bezolejowej laboratoryjnej pompy próżniowej oraz komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia***

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytanie do ww. postępowania:

**Pytanie nr 1. Dotyczy cz. 1**

czy Zamawiający dopuści pompę z próżnią wynoszącą 50 mbar?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pompy z próżnią wynoszącą 50 mbar.

Z-ca DYREKTORA ds. NAUKOWYCH

  
prof. dr hab. Artur Zdunek  
czł. koresp. PAN