



A-2401-55/2023

Lublin, 24.10.2023 r.

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O ODRZUCENIU OFERTY W CZĘŚCI 4 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1 i 2

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

### **Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego**

Zamówienie finansowane z projektów: PAN.BFB.S.BWZ.331.022.2023,  
Sonata 2022/47/D/ST10/02480, Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438) oraz ze środków Szkoły doktorskiej UMCS

#### **wybrano ofertę złożoną przez:**

**Część 1. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Kremer Pigmente lub równoważnego  
Unieważniona – nie wpłynęła żadna oferta**

**Część 2. Dostawa pompy perystaltycznej według katalogu Drifton lub równoważnej  
Unieważniona – nie wpłynęła żadna oferta**

**Część 3. Dostawa tlenu deuteru według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnego**

**Alchem Grupa Sp. z o.o.  
Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów**

#### **Wpłynęły 2 oferty**

Streszczenie oceny złożonych ofert wygląda następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Punktacja w kryterium „cena”	Wartość punktacja przyznana
2	<b>Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa	79,29	79,29


**Część 4. Dostawa pompy próżniowej oraz oleju do pompy próżniowej według katalogu Edwards  
lub równoważnej**

**WITKO Sp. z o.o.  
Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź**

#### **Wpłynęło 5 ofert**

Streszczenie oceny złożonych ofert wygląda następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Punktacja w kryterium „cena”	Wartość punktacja przyznana
1	EDVAC Sp. z o.o. Ul. Lotnicza 27, 05-090 Raszyn	84,73	84,73
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów	60,33	60,33
3	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa	-	-
4	<b>WITKO Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5	GRADOS Dariusz Sewruk Ul. Grupy AK Północ 2 ust. 8, 00-713 Warszawa	80,73	80,73



Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Th. Geyer Polska Sp. z o.o. jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał zaferowania pompy z przyłączem DN 16 ISO-KF. Wykonawca oferuje pompę z zaciskiem NW25, pierścieniem centrującym, pierścieniem „O” i adapterem NW25 na 3/4 cala. Oferowana pompa posiada (wg karty katalogowej) oryginalne przyłącze NW25 (inaczej KF25), natomiast Zamawiający wymaga przyłącza DN 16 ISO-KF (inaczej NW16 lub KF16). Stąd potrzebna jest w komplecie redukcja z KF25 na KF16 / lub pompa powinna mieć bazowo złącze KF16, a nie KF25. Natomiast co do 3/4" - podane wymiary KF25 i KF16 w calach to odpowiednio 1.57" i 1.18" - czyli nie 3/4". Reasumując, Wykonawca, firma Th.Geyer nie oferuje Zamawiającemu odpowiedniego przyłącza DN 16 ISO-KF, które było wymagane w specyfikacji.

#### **Część 5. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Alchem lub równoważnych**

**Alchem Grupa Sp. z o.o.  
Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów**

#### Wpłynęła 1 oferta

Streszczenie oceny złożonej oferty wygląda następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Punktacja w kryterium „cena”	Wartość punktacja przyznana
2	<b>Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Z-ca DYREKTORA ds. NAUKOWYCH

  
prof. dr hab. Artur Zdunek  
czł. koresp. PAN