



A-2401-42/2022

Lublin, 24.08.2022 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawę odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarki 3D

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytanie do ww. postępowania:

Dotyczy część 5 – dostawa akcesoriów do drukarki 3D według katalogu GET3D lub równoważnych

Pytanie:

Pozycja 1 i 2 dotyczy dysz mosiężnych. Z opisu wynika, że mają być do filamentów 1,75mm, jednak Państwo zasugerowaliście numer katalogowy akcesoriów Ultimakera, które wszystkie pracują na filamentach 2,85mm. W związku z tym powstaje pytanie, jakie konkretnie dysze Państwo potrzebujecie i czym należy się kierować przy wyborze propozycji do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że chodzi o dysze do filamentów 1,75 mm.

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN