



A-2401-24/2024

Lublin, 15 maja 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienie finansowane z projektu Sonata 15 2019/35/D/NZ9/01835

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1.

Czy dopuścicie Państwo do przetargu czterokanałowy rejestrator temperatury **KRT-406 GSM** o parametrach technicznych według załączonej karty katalogowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego rejestratora temperatury.

Pytanie nr 2.

Czy termometr rejestrujący ma posiadać świadectwo wzorcowania Urzędu Miar RP ?
Jeśli tak to w jakich temperaturach ma być wzorcowany ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termometr nie musi posiadać świadectwa wzorcowania Urzędu Miar RP.

Pytanie nr 3.

Standardowo wzorcujemy miernik w 10 punktach temperatury w każdym z kanałów pomiarowych.
Czy taka ilość temperatur wzorcowania jest dla Państwa wystarczająca?

Odpowiedź:

Zamawiający domniemuje, że pytanie nr 3 dotyczy rejestratora temperatury, który Państwo chcecie zaoferować w pytaniu nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego jest negatywna, więc odpowiedź na pytanie nr 3 jest bezprzedmiotowa.

DYREKTOR
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN