

znak sprawy: A-2401-77/2025

Lublin, dnia 26.09.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa zestawu młynów laboratoryjnych do rozdrabniania biomasy na frakcje o założonym uziarnieniu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę by laserowy czujnik PM 2.5 był wbudowany w moduł oczyszczający powietrze? Oferowany przez nas moduł oczyszczający ma czujnik laserowy PM2.5, dzięki któremu możliwe jest automatyczne dostosowanie pracy w oparciu o odczyty miernika?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Kosztorysem ofertowym/Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wymaga, aby zestaw młynów laboratoryjnych do rozdrabniania biomasy na frakcje o założonym uziarnieniu umożliwiał pracę w laboratorium bez narażania dróg oddechowych na nadmierną ekspozycję na zapylenie. W przypadku możliwości powstawania zapylenia, zestaw ma być wyposażony w:

- min. dwie maski ochronne przeciwpyłowe dostarczone z wymiennymi filtrami;*
- moduł oczyszczający powietrze, sprawny dla pomieszczenia o powierzchni min. 20 m²*
- laserowy czujnik PM2.5*

Odpowiadając na pytanie zadane w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, że Opis przedmiotu Zamówienia nie narzuca czy ma to być czujnik zewnętrzny czy wbudowany w moduł oczyszczający powietrze.

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R
STawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN