

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300032-2014:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)  
2014/S 169-300032**

**Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul.  
Doświadczalna 4, Osoba do kontaktów: Ewa Buchajczuk, Lublin 2720-290, POLSKA.  
Tel.: +48 817445061. Faks: +48 817445067. E-mail: [e.buchajczuk@ipan.lublin.pl](mailto:e.buchajczuk@ipan.lublin.pl)**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.7.2014, 2014/S 145-260296)**

Przedmiot zamówienia:

CPV:38000000

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

**Zamiast:**

Informacje o częściach zamówienia: Część VI - Wagosuszarka – 1 szt.pkt 3) Wielkość lub zakres:

1.13 długość 230 mm (+/- 100 mm)

1.14 szerokość 340 mm (+/- 100 mm)

Informacje o częściach zamówienia: Część I - Kolumna chromatograficzna – 2 szt.pkt 3) Wielkość lub zakres:

1.1 Wykonanie z wysokotemperaturowego poliamidu stabilnego do 430oC

1.4 Możliwość pracy w minimalnym zakresie temperatur od -60 do 430 oC

1.5 Stabilna praca w metodzie gradientowej do minimum 430oC

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.9.2014 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

9.9.2014 (12:15)

**Powinno być:**

Informacje o częściach zamówienia: Część VI - Wagosuszarka – 1 szt.pkt 3) Wielkość lub zakres:

1.13 długość 230 mm (+/- 130 mm)

1.14 szerokość 340 mm (+/- 140 mm)

Informacje o częściach zamówienia: Część I - Kolumna chromatograficzna – 2 szt.pkt 3) Wielkość lub zakres:

1.1 Wykonanie z wysokotemperaturowego poliamidu stabilnego do minimum 400oC

1.4 Możliwość pracy w minimalnym zakresie temperatur od -60 do 400 oC

1.5 Stabilna praca w metodzie gradientowej do minimum 400oC

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.9.2014 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

23.9.2014 (12:15)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w wersji edytowalnej ujednolicone po modyfikacji, załączniki do SIWZ:

załącznik nr 2 A - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - ujednolicony 1.9.2014 r.

załącznik nr 3 A - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części I - ujednolicony 1.9.2014 r.  
załącznik nr 2 F - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - ujednolicony 1.9.2014 r.  
załącznik nr 3 F - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części VI - ujednolicony 1.9.2014 r.