



A-2401-42/2025

Lublin, dnia 31.07.2025 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Źródło finansowania:

- *Zamówienie finansowane ze środków otrzymanych w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa (typ projektu 1,2) Priorytetu I Badania naukowe i innowacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: Projekt: FELU.01.01-IZ.00-0002/24 „Wzmocnienie potencjału laboratoriów Instytutu Agrofizyki PAN w celu prowadzenia badań w obszarze holobiontu roślinnego”*
- *Środki własne Instytutu Agrofizyki PAN*

Zamawiający – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.**

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 2 ustawy Pzp stanowiący, że *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.*

W w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta wykonawcy: **Bioanalytic Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Limbowa 7A, 80-175 Gdańsk, Polska.**

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym – cyt.: „*Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia*”. Wykonawca złożył ofertę, w której:

- 1) w parametrach określonych przez Zamawiającego do pozycji „**Bezpośredni znacznik próbek, zawierający adaptory do probówek – 1 sztuka**” w pkt 1.10p jako „Wymiary: 300 mm x 300 mm x 150 mm (D x Sz x W) +/- 10%” zaoferował następujące parametry: „Wymiary (szer. x dł. x wys.): 270 x 280 x 122 mm”;
- 2) w parametrach określonych przez Zamawiającego do pozycji „**Skanner jednolampowy dla kodów kreskowych co najmniej 1D i 2D**” w pkt 1.11j jako „Wymiary: 70 x 60 x 55 mm (D x Sz x W) +/- 10%” zaoferował następujące parametry: „Wymiary (D x Sz x W): 66 x 53,5 x 51,5 mm.

Zamawiający, w wyniku analizy parametrów podanych przez Wykonawcę w w/w punktach, ustalił, że są one niezgodne z wymaganymi, określonymi przez Zamawiającego, tj.:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 1) w punkcie 1.10p **wysokość 150 mm +/- 10%** mogłaby być od 135 do 165 mm, a w ofercie jest **122 mm**
- 2) w punkcie 1.11j **szerokość 60 mm +/- 10%** mogłaby być od 54 mm do 66 mm, a w ofercie jest **53,5 mm**

W świetle zaistniałego stanu faktycznego Zamawiający jest zobligowany odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 jako niezgodną z warunkami zamówienia. W konsekwencji, wobec braku ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie musi zostać unieważnione.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA

ds. ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH


dr inż. Grzegorz Paul