

znak sprawy: A-2401-106/2025

Lublin, dnia 22.01.2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa analizatora wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrowych zdyspergowanych w roztworze na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W pkt. 1.1.3.1 postawiono wymaganie: „Pomiar stężenia cząstek w zakresie min. od 1×10^8 do 1×10^{12} cząstek/ml
Pytanie: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, którego zakres pomiaru stężenia cząstek mieści się w zakresie min. od 1×10^8 cząstek/ml do 1×10^{12} cząstek/ml?

Uzasadnienie:

Analizatory wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek wykonują pomiary stężenia cząstek typowo w zakresie od 1×10^8 cząstek/ml wzwyż. Na rynku nie ma dostępnych analizatorów pracujących w podanym w SWZ zakresie od 1×10^8 do 1×10^{12} cząstek/ml. Prawdopodobnie w OPZ pojawiła się oczywista omyłka pisarska polegająca na nie uwzględnieniu odpowiedniego indeksu przy zapisywaniu potęg liczby 10.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji omyłkowo zamieszczono nieprawidłowe wartości zakresu pomiaru stężenia cząstek. Prawidłowy zakres wynosi min. od 1×10^8 cząstek/ml do 1×10^{12} cząstek/ml. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia - wersja jednolita w załączeniu

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA



OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia **13.02.2026 roku do godziny 12:00.**
- Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (<https://ipanlublin.czamawiajacy.pl>) nastąpi w dniu **13.02.2026 roku o godzinie 12:30.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.05.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega punkt 1.1.3.1 Kosztorysu ofertowego/Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

Było:

1.1.3.1	Pomiar stężenia cząstek w zakresie min. od 1 x 10 ⁸ do 1 x 10 ¹² cząstek/ml	Warunek konieczny
---------	---	-------------------

Jest:

1.1.3.1	Pomiar stężenia cząstek w zakresie min. od 1 x 10 ⁸ do 1 x 10 ¹² cząstek/ml	Warunek konieczny
---------	---	-------------------

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego

D Y R E K T O R

Stawinski

prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN

Załącznik:

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ, wersja jednolita po zmianie z dnia 22.01.2026 r.