



A-2401-16/2023

Lublin, 24 marca 2023 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz łaźni wodnej z wytrząsaniem

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1


W odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienił pojemność całkowitą łaźni z wytrząsaniem z 24,9 l na 25 l. Wymagany model SWB 16N w opisie przedmiotu zamówienia i w odpowiedzi na pytania dla Wykonawcy ma pojemność całkowitą 24,9 l zgodnie z katalogiem producenta firmy LABO PLAY. W związku z tym proszę o korektę wymaganego parametru technicznego, ponieważ obecny zapis nie pozwala naszej firmie na skuteczne złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2: wymagany model w łaźni z wytrząsaniem w opisie przedmiotu zamówieni powinien mieć pojemność całkowitą 24,9 l.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 29.03.2023 r.

Z-ca DYREKTORA ds. NAUKOWYCH


prof. dr hab. Artur Zdunek
czł. koresp. PAN