

Lublin, dnia 05.05.2026 r.

znak sprawy: A-2401-33/2026

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
ORAZ WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

*na Dostawę sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych
zamówienie finansowane z projektu Nds-II/SP/0258/2023/01*

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA

Dotyczy: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 170 000 zł. netto oraz postępowania do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na *Dostawę sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych, zamówienie finansowane z projektu Nds-II/SP/0258/2023/01.*

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w związku z wpłynięciem pytania dot. części 1 do Zaproszenia, udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

dotyczy: cz. 1 – Dostawa tygli szklanych według katalogu TEquipment lub równoważnych

Prosimy o wyjaśnienie czy w Części 1 postępowania, dotyczącej dostawy tygli szklanych według katalogu TEquipment lub równoważnych, w przypadku tygli nr kat. A00000140 chodzi o 3 tygle, czy o 3 opakowania, zawierające po 6 tygli?

Według katalogu i cennika firmy VELP nr kat. A00000140 dotyczy opakowania zawierającego 6 szt. tygli (jak pod adresem: <https://www.velp.com/en-ww/glass-crucible-p2-6pcsbox.aspx>).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 - kosztorysie ofertowym/szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, cz. 1, kolumna nr 7 i 8:

Było: 3 szt.

powinno być: 18 szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyznacza szczegółowego warunku odnośnie ilości opakowań.

II. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału XVI pkt 3 Zaprośzenia, dokonuje zmiany treści Zaprośzenia w następującym zakresie:

Termin otwarcia ofert:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2026 r. o godz. 11.30.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2026 r. o godzinie 11:30.

W pozostałym zakresie treść Zaprośzenia do składania ofert pozostaje bez zmian.


Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Część 1, Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita po zmianie z dnia 05.05.2026 r.)

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA ds. NAUKOWYCH


prof. dr hab. Artur Zdunek
czł. koresp. PAN

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa tygli szklanych według katalogu TEquipment lub równoważnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Nazwa i opis zamawianego towaru	Nr kat.	Opis oferowanego towaru			Ilość	jm	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
			Nazwa i opis zaproponowanego towaru	Nr katalogowy zaproponowanego towaru	Nazwa producenta zaproponowanego towaru						
1	Tygły szklane o porowatości P2 (zakres rozmiaru porów – 40-100 mikrometrów), kompatybilne z automatycznym ekstraktorem włókna VELP Scientifica FIWE Advance posiadany przez Zamawiającego	A00000140				18	Szt.				
								łącznie wartość netto:		łącznie wartość brutto:	

.....

.....

Miejscowość, data

Podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

