

A-2401-40/2018 (2)

Lublin, 29 listopada 2018 roku

Dot. Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Część I – Analizator impedancji z akcesoriami i oprogramowaniem - 1 szt.
Część II – Komora klimatyczna – 1 szt.

Źródło finansowania: Zamówienie finansowane z środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Akronim: MSINiN), nr umowy: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)

znak sprawy: A-2401-40/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na wnioski przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Dot. Część II – Komora klimatyczna – 1 szt.

Pytanie 1:

Określenie Państwo opisywany przedmiot zamówienia jako: komora klimatyczna. W opisie technicznym nie ma natomiast nic o kontroli wilgotności, a obok temperatury to właśnie wilgotność jest drugim podstawowym elementem klimatu, który jest wytwarzany – w celach badania próbek – w komorach klimatycznych.

Czy to oznacza, że zamawiana przez Państwa komora klimatyczna ma/może nie mieć systemu kontroli/regulacji wilgotności?

Ze względu na to, że odpowiedź na to pytanie ma podstawowe znaczenie dla doboru i wyceny komory, bardzo prosimy o udzielenie na nie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podstawową funkcjonalnością komory istotną do realizacji zaplanowanych prac badawczych jest kontrola temperatury. Kontrola wilgotności jest funkcjonalnością drugoplanową i nie musi być obecna w złożonej ofercie. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie2:

Prosimy o przesłanie SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej umieścił edytowalną wersję załączników do SIWZ

Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawirski