



A-2401-16/2023

Lublin, 21 marca 2023 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz łaźni wodnej z wytrząsaniem**

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie niniejszym odpowiadam na pytania do ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

Proszę o skorygowanie informacji zawartej w części 2 łaźnia wodna z wytrząsaniem. łaźnia SWB 16N posiada błędny opis, a mianowicie:

- nie posiada 16 komór - jej pojemność wanny to 16L;
- kosz nie ma pojemności 24,9 L - 24,9 L to pojemność całkowita;
- model SWB 16N mieści maksymalnie 12 szt. uchwytów na kolby 100 ml, nie 16.

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 w następujący sposób:

**Jest:**

łaźnia wodna z wytrząsaniem serii SWB N; model: SWB 16N; liczba komór 16; pojemność kosza: 24,9L; głębokość wanny: 200mm

**Powinno być:**

łaźnia wodna z wytrząsaniem serii SWB N; model: SWB 16N; pojemność wanny to 16 l, pojemność całkowita: 25 l ; głębokość wanny: 200mm

D Y R E K T O R  
*Stawinski*  
prof. dr hab. Cezary Stawiński,  
czł. koresp. PAN