



A-2401-50/2014/PORPW.01.03.00-06-006/11-00 (287)

Lublin, 9 września 2014 roku

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” - A-2401-50/2014/PORPW.01.03.00-06-006/11-00

Część I – Kolumna chromatograficzna – 2 szt.

Część II – Analizator rozpuszczalnych form NPK – 1 szt.

Część III – Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.

Część IV – Doposażenie mikroskopu sił atomowych MULTIMODE 8 - 1 szt.

Część V – Destylarka – dejonizator wody - 1 szt.

Część VI – Wagosuszarka – 1 szt.

Część VII – Autoklaw z oprzyrządowaniem 110 l. (duży) – 1 szt.

Część VIII – Autoklaw z oprzyrządowaniem 31 l. (mały) – 1 szt.

Część IX - Mikroskop optyczny – 1 szt.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na pytania przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Część VII - VIII:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga aby autoklawy były wyposażone w urządzenie automatycznie zasilające autoklaw w wodę wodociągową, czy mają być tylko wyposażone w kolumnę jonowymienną bez automatycznego zasilania wodą?

Odpowiedź:

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w kolumnę jonowymienną z konduktometrem pozwalającą na zasilanie wodą wodociągową.

Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma

poprzez odesłanie treści jego ostatniej strony

wraz z pieczętką imienną i podpisem, na nr faksu: 81 744 50 67

Kierownik Zamawiającego,

DYREKTOR

prof. dr hab. Józef Horabik